Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. Pozytywna energia | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice dnia 13.02.2017r

OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH
ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED -BULA TOMASZ
ul. Żelazna I 40-851 Katowice
Adres do korespondencji 40-662 Katowice ul. Fredry 22

Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego Nr 1/2017

Dotyczy: zapytania ofertowego Nr 1/2017 na dostawę urządzeń w ramach projektu pod tytułem: „Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0014/16-00

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED - BULA TOMASZ wyjaśnia treść Zapytań:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji oraz w zgodzie z art. 7 Pzp dopuści do udziału w w/w postępowaniu mammograf innego producenta niż firmy Fuji?

Jesteśmy jedynym przedstawicielem w Polsce amerykańskiej firmy Hologic Inc, która jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży cyfrowych mammografów. Posiadając w swojej ofercie sprzęt najwyższej klasy nie możemy niestety złożyć oferty w w/w postępowaniu. Wymagane parametry techniczne spełnia tylko i wyłącznie mammograf firmy Fuji. Oczywiście Państwo, jako prywatna firma macie prawo kupić to co chcecie. Jednak wymagane parametry techniczne, które obecnie jedynie spełnia mammograf firmy Fuji, nie świadczą o „wyjątkowości" tego aparatu, a tylko o wybranych pojedynczych parametrach, które determinują aparat firmy Fuji, a nie mają znaczenia dla funkcjonalności mammografu, co jest najważniejsze w przypadku zakupu mammografu. Oferowany przez nas mammograf ma wszystkie funkcjonalności, co aparat firmy Fuji, a nawet i więcej, jak np. wykonywanie badań mammograficznych z kontrastem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie niektórych parametrów technicznych (pytania w załączeniu), które dadzą możliwość złożenia ofert na mammograf inny niż firmy Fuji. Umożliwi to złożenie co najmniej dwóch ofert na dwa konkurencyjne, różnych producentów aparaty. Dzięki temu będziecie Państwo mieli możliwość jakiegokolwiek wyboru i wybrania najkorzystniejszej oferty spośród złożonych.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wskazuje żadnego konkretnego producenta. Parametry techniczne określone w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego stanowią bezpośrednią transpozycję opisu zawartego w opinii o innowacyjności sporządzonej przez niezależnych ekspertów. Opinia ta zaś była podstawą pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stąd wszelkie zmiany zamieszczonego w Zapytaniu Ofertowym opisu przedmiotu zamówienia nie są obecnie możliwe.

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tabelka techniczna
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego z detektorem o parametrach:
Materiał i typ: Amorficzny selen (a-Se), matryca TFT z prostopadłym ułożeniem pikseli
Metoda konwersji: Bezpośrednia
Rozmiar detektora (obszar efektywny): 240x290 mm
Matryca obrazu: 3328x4096
Wielkość piksela: 70 µm
Zakres dynamiki: 14 bit
Kratka: 5:1, 31 linii/cm
Motorowe wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem
Czas między diagnostycznymi ekspozycjami 25 sekund

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tabelka techniczna
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego z generatorem:
- generator wbudowany w statyw mammograficzny
- Typ: HF, 22,5 kHz
- Zakres Mas: 3-500 mAs
Pozostałe wymogi odnośnie generatora oferowany mammograf spełnia

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie nr 4
Dotyczy Załącznika nr1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tabelka techniczna
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego z lampą RTG z szybkością wirowania anody 9500 obr/min

Odpowiedź do pytania nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie nr 5
Dotyczy Załącznika nr1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tabelka techniczna
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego ze statywem mammograficznym:
- Zakres ruchu pionowego (motorowy) 70-141 cm
- Obrót ramienia (motorowy) +195° / -155° lub -195° / +155°
- Płytka kompresyjna 24x29 cm (niski lub wysoki brzeg)
- Płytka kompresyjna do powiększeń: 15 cm
- Funkcja „jednego przycisku": w oferowanym przez nas systemie poprzez naciśnięcie dwóch przycisków (dwa przyciski w celu zabezpieczenia przed przypadkowym naciśnięciem)
- Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) (bez „i-AEC" – jest to nazwa własna)
- płytka kompresyjna do zdjęć celowanych; 7,5cm

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie nr 6
Dotyczy Załącznika nr 1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2
Wyjaśniamy, że wszelkie usługi serwisowe po zakończonej gwarancji, czyli w okresie pogwarancyjnym, reguluje zawarta przez Strony umowa na serwis pogwarancyjny, który jest świadczony odpłatnie po podpisaniu przez Strony umowy na serwis pogwarancyjny, na warunkach wcześniej ustalonych.
W związku z powyższym prosimy o uściślenie w/w punktu poprzez dodanie słowa: „odpłatnie".

Odpowiedź do pytania nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie nr 7
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy aparatu do 8 tygodni.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 8 tygodni.

Odpowiedź do pytania nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Pytanie 8
Dotyczy załącznika nr 3 Wzór umowy §5 pkt 3e
Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści na :" Jeśli natomiast 3 krotna naprawa istotnego elementu nie doprowadzi do prawidłowego stanu użytkowego przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy wolny od wad."

Odpowiedź do pytania nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia
Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka
TOMMED
DYREKTOR
Lek. med. Tomasz Bula

.....

Tomasz Bula

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia
Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka
TOMMED
40-952 Katowice ul. Żelazna 1
NIP 634-129-32-42 REGON 270082224